

**JCHO湯布院病院**  
**ウエルウオークWW-1000レンタル契約調達**  
**仕 様 書**

**医療機器**

種別	機械器具(58) 整形用機械器具
一般名称	能動型展伸・屈伸回転運動装置
販売名	ウエルウオークWW-1000
型式	WW-1000
クラス分別	クラスⅡ
承認番号	22800BZX00438000

**一般仕様**

電源	交流 単相 100V±10% 50-60Hz	
電源入力	1500VA	
使用条件	温度	+10°C～+30°C
	湿度	30%～75%(結露なきこと)
保存条件	温度	-10°C～60°C
	湿度	25%～80%(結露なきこと)
電撃に対する保護形式	クラスⅠ	
電撃に対する保護程度	B形装着部	
EMC適合	EMC(電磁両立性)規格JIS T0601-1-2:2012 (CISPR11、Group1、ClassA)に適合している	
外形寸法	ブース	1200(W)×2710(H)×2380(D)mm
重量	ブース	約800kg
	脚部ロボット	約6kg
適応範囲	許容身長	1400mm以上1900mm以下
	許容体重	35kg以上95kg以下
トレッドミル速度	0.2km/h以上3.0km/h以下	
耐用期間	6年(消耗品は除く)	

**運動仕様**

関節可動範囲	膝関節部	0°～120°
	足関節	背屈30°～底屈10°
アシスト動作角度	5～60°	
アシストトルク	59Nm以下	
歩行速度	0.2km/h～3.0km/h	
速度設定単位	0.05km/h	